

北京安百胜诊断科技有限公司诊断试剂研发项目

竣工环境保护验收意见

2025年4月12日，北京安百胜诊断科技有限公司根据《北京安百胜诊断科技有限公司诊断试剂研发项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组由比欧联科供应链管理（北京）有限公司（建设单位）、中环联新（北京）环境保护有限公司（验收报告编制单位）、北京华成星科检测服务有限公司（验收监测单位）及特邀3位专家组成。验收工作组核对了本项目主体工程及配套环境保护设施的建设与运行情况，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

北京安百胜诊断科技有限公司利用现有地盛东路1号（爱普益生物医药园）1幢4层B402房间，建筑面积477平方米，建设体外诊断试剂研发平台。年研发生化检测试剂25L/a、免疫检测试剂（免疫比浊法）25L/a、免疫检测试剂（免疫层析法）500板/年。本项目新增员工15人，年工作260天，每天8小时，夜间仅有存储试剂的冰箱运营，无研发和生产；无食宿。

（二）建设过程及环保审批情况

北京安百胜诊断科技有限公司委托中环联新（北京）环境保护有限公司编制完成了《北京安百胜诊断科技有限公司诊断试剂研发项目环境影响报告表》。2023年6月29日取得了北京经济技术开发区行政审批局《关于北京安百胜诊断科技有限公司诊断试剂研发项目环境影响报告表的批复》（经环保审字[2023]0065号）。本项目于2024年5月开工建设，于2024年6月建设完成后陆续投入使用。从建设至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资500万元，其中环保投资4万元，占总投资的0.8%。

（四）验收范围

本次验收的范围为北京安百胜诊断科技有限公司诊断试剂研发项目全部内容。

二、工程变动情况

对比环评报告及批复，本项目建设性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施均未发生变动。无《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）所述的重大变动情况。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目清洗废水与生活污水、纯水制备废水一同排入爱普益园区内的公共化粪池，然后经市政污水管网，最终进入北京亦庄环境科技集团有限公司经开污水处理厂进行处理。

（二）废气

本项目无废气产生和排放。

（三）噪声

产噪设备采取基础减振、消声器降噪措施，且所有设备均在室内，噪声采取墙壁隔声和距离衰减的措施，以减少对周围声环境的影响。

（四）固体废物

生活垃圾统一收集由环卫部门清运处理；废包装材料收集后外售给废旧物资回收单位进行资源再利用，废滤芯定期由设备厂家定期更换处置；危险废物暂存于危险废物暂存间，定期由北京金隅红树林环保技术有限责任公司处置。

（五）排污口规范化

项目排水系统依托爱普益大厦现有管道，废水排放口依托园区公共排口，不增设单独废水排放口。园区废水排放口已进行规范化建设，满足《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）（2006年修订）和《固定污染源监测点位设置技术规范》（DB11/1195-2015）要求。危废暂存间标识设置满足《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的相关要求。

（六）环境风险防范措施

本项目环境风险主要为次氯酸钠、危险废物等因包装容器破损、操作失误等导致的泄漏事故。建设单位加强了风险物质从储存、使用、转运等各个环节的管理，制定了环境安全管理规章制度，并定期对项目环保设施等进行检查和维护，同时加强了对员工的教育、培训，当事故发生时，能够及时、准确、有效地控制和处理事故。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，主体工程与环保设施运行正常。污染物排放情况如下：

（一）废水

监测结果表明，废水排放浓度 pH、COD_{Cr}、NH₃-N、SS、BOD₅、溶解性总固体满足市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”中的要求。

（二）厂界噪声

监测结果表明，厂界噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类排放限值。

（三）污染物排放总量

本项目 COD_{Cr} 和氨氮的排放量满足环评文件中的总量指标要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目废水和噪声均能达标排放，固体废物得到妥善处置，对周围环境影响较小。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告表和调查了解，本项目环保手续完备，执行了环境影响评价和“三同时”管理制度，落实了环评报告表及其批复所规定的各项污染防治措施，符合竣工环保验收规定，项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

进一步加强环保设施管理和维护，确保环保设施稳定运行。

八、验收人员信息（见附件）

北京安百胜诊断科技有限公司

2025 年 4 月 12 日



附表：

北京安百胜诊断科技有限公司诊断试剂研发项目竣工环境保护验收组人员名单

姓名	单位	职务/职称	联系方式	签名	验收职能
张海燕	北京安百胜诊断科技有限公司	项目负责人			建设单位
王景	中环联新（北京）环境保护有限公司	工程师			验收报告编制单位
马允	中智机（北京）科技有限公司	高工			技术专家
张晓卿	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	高工			
李冰	黑龙江哈忆环保工程有限公司	高工			
高猛	北京华成星科检测服务有限公司	项目经理			验收监测单位